



Unité de base radiotransparente pour têtes de neurochirurgie.

1101.021



Unité de base radiotransparente pour têtes de neurochirurgie.

- Unité de base radiotransparente pour têtes de neurochirurgie
- Se fixe sur les rails européens (25 x 10mm) ou rails US (30 x 8mm)
- Nécessite une pièce de transition (1101.031) et un adaptateur (1101.026) et un autre adaptateur (3033-00 ou 3033-10) pour connecter une tête 3034-00 ou 3035-00 ou 3036-00
- Disponible à la demande.

COMPATIBLE AVEC

HIMAX - CMAXT - CMAXS - CMAX XRAY - GMAX - 5085 HARMONY - CMAX3 - CMAX3-DRIVE - KERNA



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.